



СОГЛАСОВАНО

Директор

Төлеген Б.Д.

КГП на ПХВ «Исатайская центральная районная больница» Управление здравоохранения Атырауской области
«26» июля 2018 года

Объявление о проведении закупки способом запроса ценовых предложений

КГП на ПХВ «Исатайская центральная районная больница» Управление здравоохранения Атырауской области, почтовый адрес: 060300, Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Елорда, 54, объявляет о начале проведения закупки способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп), и запросе цен по следующим ИМН.

№ лота	Международное непатентованное название*(Торговое наименование)	Характеристика препарата с указанием дозировкой концентрацией и лекарственной формы	Ед. изм.	Цена, тенге	Кол-во	Сумма
1	Анализатор (алкотестер)	1) Принцип измерения - Электрохимический сенсор в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя ; 2) Диапазон измерения - от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона; 3) Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможность пассивного отбора образца или ручной запуск отбора; 4) Готовность к работе - приблизительно через 2 с после включения; 5) Вывод результатов измерения на дисплей - прикл. через 3 с (при 0 мг/л); прикл. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре); 6) Диапазон температур при эксплуатации - 5 ... +50 °C; 7) Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24	шт	400000	1	400 000,00

		мм (128 x 64 пикселя) 8) Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений; 9) Звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений 10) Хранение последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки 11) Электропитание - Две батареи AA или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяющий выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере; 12) Калибровка влажным или сухим газом 13) Размеры (Д x Ш x В), вес 147 x 65 x 39 мм, прибл. 260 г 14) Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода). Не требующий дополнительное программное обеспечение для ПК 15) Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F Маркировка EC 16) Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость) Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера 17) Стандарт соответствующий EN 15964 18) Класс защиты IP 54				
2	Тест-полоска (АЛКОТЕСТ)	Полоска индикаторная (АЛКОТЕСТ) предназначена для in vitro визуального быстрого одноэтапного качественного и полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне человека методом ферментативного окисления. Полоски, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, и цветной шкалы. Сенсорный элемент Полоски АЛКОТЕСТ	шт	500	350	175 000,00

	чувствителен к метанолу, этанолу и пропанолу, не чувствителен к другим спиртам и ацетону. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) — 0,02% этанола (соответствует 0,2 промилле этанола по крови). С помощью Полоски АЛКОТЕСТ можно определить 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2% алкоголя в слюне. Цветовая шкала содержит 5 цветовых полей, соответствующих концентрациям алкоголя 0,0%; 0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2%. После вскрытия упаковки Полоска должна быть использована в течение времени не более 20 мин при хранении при комнатной температуре (+18-25°C).				
ИТОГО:					575 000,00

Адрес Заказчика: Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул. Елорда 54;

Товар(ы) должны поставляться по адресу : Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул. Елорда 54 каб-11;

Условия поставки: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;

Ценовые предложения потенциальных поставщиков запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, ул. Елорда 54, здание КГП на ПХВ «Исатайская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, в экономический отдел, 2 этаж, каб 241 (режим работы с 08ч.30мин до 18ч00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 12ч.30мин. до 14ч00мин) конверты о потенциальных поставщиках принимаются до 2 августа 2018г. 12:00 включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 2 августа 2018 г., в 14.00 ч., в кабинете директора КГП на ПХВ «Исатайская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.

Требование к оформлению заявки на участие: На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

Наименование и адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,

Наименование, адрес местонахождения организатора закупок;

Наименование закупок «Закуп способом запроса ценовых предложений ИМН (анализатор и тест-полоска) »для участие в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.